



Gdańsk, 01.03.2022

AB 1755

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr S/CL/302c/22**

|  |   |   |                                 |
|--|---|---|---------------------------------|
| <b>Zleceniodawca</b>   | SFD Spółka Akcyjna<br>Głogowska 41, 45-315 Opole            |   |                                 |
| <b>Podstawa wykonania badania</b><br>nr zlecenia, nr umowy itp.      | <b>Przedmiot badań</b><br>matryca                           | <b>Stan próbek</b><br>zgodnie z instrukcją I-01/PO-03 |                                 |
| Z/CL/302/22  | Olej roślinny/zwierzęcy produkt z dodatkiem konopi          | Prawidłowy  |                                 |
| <b>Miejsce pobrania próbek</b><br>zgodnie z informacją Klienta       | <b>Data pobrania próbek</b><br>zgodnie z informacją Klienta | <b>Data dostarczenia próbek do laboratorium</b>       | <b>Data zakończenia badania</b> |
| Nie dotyczy  | Nie dotyczy   | 24.02.2022  | 01.03.2022                      |
| <b>Miejsce wykonania analizy</b>                                     |   | <b>Dodatkowe informacje</b>                           |                                 |
| Laboratorium badawczo-rozwojowe EkotechLAB, Fiszer 14, 80-231 Gdańsk |   | Brak  |                                 |

**Identyfikacja próbek:**

| Lp. | Oznaczenie próbek przez Klienta | Oznaczenie próbek przez laboratorium |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1.  | SFD010215/2022                  | 685/22                               |

**Wyniki badań:**

| Lp. | Kod próbki | Oznaczany parametr | Metoda*                                  | Wynik** | Jednostka |
|-----|------------|--------------------|--|---------|-----------|
| 1.  | 685/22     | CBD                | PB-CL-1:2021 wyd.1 z 01.07.2021/HPLC/ A  | 15,43   | % (m/m)   |
| 2.  |            | CBDA               | PB-CL-1:2021 wyd.1 z 01.07.2021/HPLC/ NA | <0,01   | % (m/m)   |
| 3.  |            | Δ9-THC             | PB-CL-1:2021 wyd.1 z 01.07.2021/HPLC/ A  | 0,04    | % (m/m)   |
| 4.  |            | Δ9-THCA            | PB-CL-1:2021 wyd.1 z 01.07.2021/HPLC/ A  | <0,01   | % (m/m)   |
| 5.  |            | CBC                | PB-CL-1:2021 wyd.1 z 01.07.2021/HPLC/ A  | 0,12    | % (m/m)   |
| 6.  |            | CBGA               | PB-CL-1:2021 wyd.1 z 01.07.2021/HPLC/ A  | <0,01   | % (m/m)   |
| 7.  |            | CBG                | PB-CL-1:2021 wyd.1 z 01.07.2021/HPLC/ A  | 1,53    | % (m/m)   |
| 8.  |            | CBDV               | PB-CL-1:2021 wyd.1 z 01.07.2021/HPLC/ A  | 0,04    | % (m/m)   |
| 9.  |            | CBN                | PB-CL-1:2021 wyd.1 z 01.07.2021/HPLC/ A  | 0,01    | % (m/m)   |
| 10. |            | Suma CBD i CBDA    | PB-CL-1:2021 wyd.1 z 01.07.2021/HPLC/ NA | 15,43   | % (m/m)   |

\* Sposób nadania oznaczenia metodzie: nr procedury badawczej / wydanie / data wydania / technika analityczna / A -akredytowana, NA- nieakredytowana, P- badania wykonane przez dostawcę usług zewnętrznych  
 Wyjaśnienie skrótów: Kannabidiol (CBD), Kwas kannabidiolowy (CBDA), delta-9-Tetrahydrokannabinol (Δ9-THC), kwas delta-9-Tetrahydrokannabinolowy (Δ9-THCA), Kannabichromen (CBC), Kwas kannabigerolowy (CBGA), Kannabigerol (CBG), Kannabidiwarin (CBDV), Kannabinol (CBN), delta-8-Tetrahydrokannabinol (Δ8-THC), Kannabicykiol (CBL), Tetrahydrokannabinoliwarin (THCV)  
 Przy stwierdzaniu zgodności ze specyfikacją laboratorium stosuje zasadę prostej akceptacji, dla której ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50% a ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50%


 mgr inż. Joanna Klein  
 Kierowniczka ds. Jakości  
 ekotechLAB

 Sporządził/a: Adrian Malinowski  
 Młodszy Specjalista Analiz Instrumentalnych

 Autoryzowała: Joanna Klein  
 Kierowniczka ds. Jakości

\*\*\*Niepewność pomiaru wyrażona jest na życzenie Klienta, lub kiedy ma to znaczenie dla interpretacji wyników - jako niepewność rozszerzona przy poziomie prawdopodobieństwa 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, podana niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbek.  
 Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania i transportu próbek.  
 Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.  
 Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.  
 Okres na złożenie skargi wynosi 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

**KONIEC SPRAWOZDANIA**