

## Raport analityczny AR-22-RE-012898-01

**Numer próbki 122-2022-00012494**

Data raportu 18.02.2022

<b>Klient</b>	SFD S.A. ul. Głogowska 41 45-315 Opole POLSKA
x <b>Rodzaj próbki</b>	SFD Odporność max 90 tab 005-32419-2846021
x <b>Zlecający badania</b>	SFD S.A.
x <b>Data zlecenia klienta</b>	03.02.2022
x <b>Numer zlecenia</b>	1
<b>Próbki dostarczone przez</b>	Firmę kurierską
x <b>Próbki pobrane przez</b>	Zleceniodawcę
x <b>Cel badania</b>	spełnienie wymagań prawnych
x <b>Sposób pobrania próbki/próbek</b>	gwarantujący jej reprezentatywność
<b>Data przyjęcia próbki</b>	07.02.2022
x <b>Numer Partii</b>	1S201165
x <b>Termin przydatności</b>	2022-12-31
<b>Stan próbki</b>	bez zastrzeżeń
<b>Warunki transportu</b>	w temp. otoczenia
<b>Ilość próbek zbadanych</b>	1
x <b>Kod próbki klienta</b>	8
<b>Data rozpoczęcia badania</b>	10.02.2022
<b>Data zakończenia badania</b>	17.02.2022

### Wyniki badań / Rezultaty

Test	Parametr	Metoda	Wynik	Jednostka	Niepewność pomiaru
A7295	Witamina D3 (A)	USP 41/ NF 36 method 1, LC-DAD	1380 // 21 ,2	µg/100 g // µg/Tablet	± 20%
DJ513	Masa tabletki (#)	Obliczeniowa	1 ,530	g/Tablet	
DJCV3	Witamina C (A)	ISO 20635:2018, LC-DAD	28800 // 441	mg/100 g // mg/Tablet	± 10%
KTD43	Cynk (Zn) (A)	LS-PP-CH-85, ICP-MS	4680 // 7 ,16	mg/kg // mg/Tablet	± 5%
SZQD2	Selen (Se) (A)	LS-PP-CH-85 , ICP-MS	46 // 70 ,38	mg/kg // µg/Tablet	± 25%

# = Nieakredytowany  
 A = Metoda akredytowana  
 x = Dane dostarczone od Klienta

Badania wykonano w laboratorium:

DJ513: Eurofins Vitamin Testing Denmark 0001: (Not accredited)

A7295, DJCV3: Eurofins Vitamin Testing Denmark RE00037: DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 581

KTD43, SZQD2: Eurofins Environment Testing Slovakia Turčianske RE000HB: ISO/IEC 17025:2017 SNAS S-406

+/- Niepewność pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia  $k=2$ .



---

Zatwierdzający: Alicja Milczarek  
Koordynator ds. Technicznej Obsługi Klienta

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.